

# 贵州航天医院手术麻醉科

## 麻醉高频通气机、多功能高级麻醉机议标邀请书

邀请书编号：2020027

议标单位	贵州航天医院		
项目名称	手术麻醉科麻醉高频通气机、多功能高级麻醉机议标		
招标方式	竞争性磋商		
投标企业资质要求	<p><b>1.投标企业资质：</b>(1) 企业法人营业执照，(2) 医疗器械经营许可证，(3) 中华人民共和国机构代码证，(4) 税务登记证，(5) 法人身份证复印件；</p> <p><b>2.投标人资质：</b>(1) 法人签字授权书，(2) 投标人身份证及复印件。</p> <p><b>3.投标产品资质：</b>(1) 医疗器械生产企业许可证，(2) 中华人民共和国医疗器械注册证，(3) 医疗器械产品生产制造认可表（医疗器械产品注册登记表），(4) 中国国家强制性产品认证证书。</p> <p><b>4.</b> 上述资质需盖鲜章和签字。提供一份正本，二本以上副本。</p>		
数量	确定单价、根据要求采购		
议标技术要求	详见本附件		
交货地点	贵州省遵义市大连路贵州航天医院		
发标时间	2020年12月3日	地点	贵州航天医院设备科
投标截止时间	2020年12月10日 15:00	地点	贵州航天医院设备科
联系电话	商务、技术咨询电话：0851—28613878		
传真	0851—28691113      E-mail:3417sbk@163.com		
邮寄地址	贵州省遵义市汇川区大连路贵州航天医院设备科		

## 附件：手术麻醉科麻醉高频通气机、多功能高级麻醉机采购要求

### 一、产品商务要求：

1. 产品要求：国内外知名品牌，通过相关权威机构认证，符合医疗管理规范；
2. 投标产品是合法注册有效周期内生产的产品；
3. 产品在西南地区（贵州省、重庆市优先）有使用单位（使用名单按三级甲等医院、三级乙等以下医院 2 组排列）；
4. 产品在西南地区（贵阳、重庆为基本，遵义优先）有维修点，有经验丰富的专业维修工程师（提供证明文件）；
5. 提供厂家售后服务承诺保证，产品免费保修一年或以上，终身维修；
6. 交货期：签订合同 30 天内；
7. 提供原厂说明书（有中文说明书）及维修手册；
8. 免费提供送货卸货至用户指定地点、安装、操作与维修及指定医院培训；
9. 标书密封层外注明所投邀请书编号；
10. 标书制作完成后可以以快递方式寄送至本院参与竞标（只接收顺丰寄付件，超过截止日期到件则拒收）。

### 二、设备采购要求

1. 推荐设备是目前市场上使用的主流产品；设备满足手术麻醉科使用要求。
2. 采购数量及要求：

序号	名称	单位	数量	主要参数
1	麻醉高频通气机	台	1	高频通气时气道开发，可在通气时进行气道灌洗、吸引，可配合进行气管手术，钳取异物时的供氧，具备多种呼吸方式。 有加热湿化器、恒温湿化器连接的雾化接头。
2	多功能高级麻醉机	台	1	有可靠的后备电池并能维持 90 分钟以上，适用范围包括婴儿，配备七氟烷挥发罐，呼吸模式：标配 VCV\PCV\SIMV\电子 PEEP，监测参数：潮气量、分钟通气量、气道压、呼吸频率、实时的流速波形描记、标配吸入氧浓度，成人、儿童参数的切换。

贵州航天医院设备科

2020.12.3