

# 贵州航天医院消毒供应中心

## 压力蒸汽灭菌器温度压力检测仪议标邀请书

邀请书编号：2020026

|          |  |    |           |
|----------|--|----|-----------|
| 议标单位     | 贵州航天医院   |    |           |
| 项目名称     | 消毒供应中心压力蒸汽灭菌器温度压力检测仪议标   |    |           |
| 招标方式     | 竞争性磋商  |    |           |
| 投标企业资质要求 | <p><b>1.投标企业资质：</b>(1) 企业法人营业执照，(2) 医疗器械经营许可证，(3) 中华人民共和国机构代码证，(4) 税务登记证，(5) 法人身份证复印件；</p> <p><b>2.投标人资质：</b>(1) 法人签字授权书，(2) 投标人身份证及复印件。</p> <p><b>3.投标产品资质：</b>(1) 医疗器械生产企业许可证，(2) 中华人民共和国医疗器械注册证，(3) 医疗器械产品生产制造认可表（医疗器械产品注册登记表），(4) 中国国家强制性产品认证证书。</p> <p><b>4.</b> 上述资质需盖鲜章和签字。提供一份正本，二本以上副本。</p> |    |           |
| 数量       | 确定单价、根据要求采购  |    |           |
| 议标技术要求   | 详见本附件  |    |           |
| 交货地点     | 贵州省遵义市大连路贵州航天医院  |    |           |
| 发标时间     | 2020年12月3日   | 地点 | 贵州航天医院设备科 |
| 投标截止时间   | 2020年12月10日<br>15:00   | 地点 | 贵州航天医院设备科 |
| 联系电话     | 商务、技术咨询电话：0851—28613878  |    |           |
| 传真       | 0851—28691113      E-mail:3417sbk@163.com  |    |           |
| 邮寄地址     | 贵州省遵义市汇川区大连路贵州航天医院设备科  |    |           |

## 附件：消毒供应中心压力蒸汽灭菌器温度压力检测仪采购要求

### 一、产品商务要求：

1. 产品要求：国内外知名品牌，通过相关权威机构认证，符合医疗管理规范；
2. 投标产品是合法注册有效周期内生产的产品；
3. 产品在西南地区（贵州省、重庆市优先）有使用单位（使用名单按三级甲等医院、三级乙等以下医院 2 组排列）；
4. 产品在西南地区（贵阳、重庆为基本，遵义优先）有维修点，有经验丰富的专业维修工程师（提供证明文件）；
5. 提供厂家售后服务承诺保证，产品免费保修一年或以上，终身维修；
6. 交货期：签订合同 30 天内；
7. 提供原厂说明书（有中文说明书）及维修手册；
8. 免费提供送货卸货至用户指定地点、安装、操作与维修及指定医院培训；
9. 标书密封层外注明所投邀请书编号；
10. 标书制作完成后可以以快递方式寄送至本院参与竞标（只接收顺丰寄付件，超过截止日期到件则拒收）。

### 二、设备采购要求

1. 推荐设备是目前市场上使用的主流产品；设备满足消毒供应中心使用要求。
2. 探头及数量：7 个温度探头、1 个压力探头（需符合国标 GB8599, 附中国国家级计量认证报告）；

贵州航天医院设备科

2020.12.3