贵州航天医院手术麻醉科 麻醉高频通气机、多功能高级麻醉机议标邀请书 (第二次)

邀请书编号: 2020027

议标单位	贵州航天医院						
项目名称	手术麻醉科麻醉高频通气机、多功能高级麻醉机议标						
招标方式	竞争性磋商						
投标企业资质要求	(3) 中华人民共和国机构代复印件; 2.投标人资质: (1) 法人签 ⁵ 3.投标产品资质: (1) 医疗	之码证,(4)字授权书,《 器械生产企 疗器械产品 国家强制性产					
最高报价	30 万/台						
数量	确定单价、根据要求采购						
议标技术要求	详见本附件						
交货地点	贵州省遵义市大连路贵州航天医院						
发标时间	2020年12月28日	地点	贵州航天医院设备科				
投标截止时间	2021年1月4日 15: 00	地点	贵州航天医院设备科				
联系电话	商务、技术咨询电话: 0851-28613878						
传真	0851—28691113	E-mail::	3417sbk@163.com				
邮寄地址	贵州省遵义市汇川区	大连路贵	州航天医院设备科				

附件: 手术麻醉科麻醉高频通气机、多功能高级麻醉机采购要求

- 一、产品商务要求:
- 1. 产品要求: 国内外知名品牌, 通过相关权威机构认证, 符合医疗管理规范;
- 2. 投标产品是合法注册有效周期内生产的产品;
- 3. 产品在西南地区(贵州省、重庆市优先)有使用单位(使用名单按三级甲等医院、三级乙等以下医院2组排列);
- 4. 产品在西南地区(贵阳、重庆为基本,遵义优先)有维修点,有经验丰富的专业维修工程师(提供证明文件);
 - 5. 提供厂家售后服务承诺保证,产品免费保修一年或以上、终身维修;
 - 6. 交货期:签订合同30天内;
 - 7. 提供原厂说明书(有中文说明书)及维修手册;
 - 8. 免费提供送货卸货至用户指定地点、安装、操作与维修及指定医院培训;
 - 9. 标书密封层外注明所投邀请书编号;
 - 二、设备采购要求
 - 1. 推荐设备是目前市场上使用的主流产品;设备满足手术麻醉科使用要求。
 - 2. 采购数量及要求:

序	名称	単	数	主要参数
号		位	量	
1	麻醉高频通气机	台	1	高频通气时气道开发,可在通气时进行气道灌洗、吸引,可
				配合进行气管手术,钳取异物时的供氧,具备多种呼吸方式。
				有加热湿化器、恒温湿化器连接的雾化衔接头。
2	多功能高级麻醉机	台	1	有可靠的后备电池并能维持90分钟以上,适用范围包括婴儿,
				配备七氟烷挥发罐,呼吸模式:标配VCV\PCV\SIMV\电子PEEP,
				监测参数:潮气量、分钟通气量、气道压、呼吸频率、实时
				的流速波形描记、标配吸入氧浓度,成人、儿童参数的切换。

贵州航天医院设备科